



VISTA APEX

Porcelain Etch Kit

REF 502500
502510



Rx Only

CE
0459

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Inter-Med, Inc.
2200 South St.
Racine, WI 53404, USA
Tel: +1-262-636-9755

502500-I-V-MUL (2)



Do not use
if package is
damaged

EN	Do not use if package is damaged
BG	Не използвайте, ако опаковката е повредена
CZ	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
DA	Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget
ET	Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud
FR	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
DE	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
EL	Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
HU	Ne használja, ha a csomagolás sérült
IT	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
LV	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
LT	Nenaudokite, jei pakuotė pažeista
PT	Não use se o pacote estiver danificado
RO	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
SK	Nepoužívať, ak je obal poškodený
ES	No utilice el producto si el envoltorio está dañado
SV	Får inte användas om förpackningen är skadad



Caution, consult
accompanying
documents

EN	Caution, consult accompanying documents
BG	Внимание, вжикте придружаващите документи
CZ	Pozor, prostudujte si průvodní dokumenty
DA	Forsigtig, læs de medfølgende dokumenter
ET	Ettevaatus, tutvuge kaasasolevate dokumentidega
FR	Attention, consulter les documents joints
DE	Vorsicht, Begleitdokumente beachten
EL	Προσοχή, συμπουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα
HU	Vigyázat, olvassa el a kísérő dokumentumokat
IT	Attenzione, consultare la documentazione allegata
LV	Uzmanību, skatiet pavaddokumentus
LT	Atsargiai, skaitykite pridėdamus dokumentus
PT	Cuidado, consulte os documentos anexos
RO	Atenție, consultați documentele însoțitoare
SK	Pozor, pozrite si sprievodnú dokumentáciu
ES	Precaución: consulte documentos adjuntos
SV	Lakttag försiktighet, konsultera medföljande dokument



Caution, consult
accompanying
documents

EN	Temperature limitation
BG	Ограничение на температурата
CZ	Omezení teploty
DA	Temperaturbegrænsning
ET	Temperatuuri piiramine
FR	Limite de température
DE	Temperaturbegrenzung
EL	Περιορισμός θερμοκρασίας
HU	Hőmérséklet korlátozás
IT	Limiti temperatura
LV	Temperatūras ierobežojums
LT	Temperatūros apribojimas
PT	Limitação de temperatura
RO	Limitarea temperaturii
SK	Obmedzenie teploty
ES	Limites de temperatura
SV	Temperaturgräns



Catalogue
Number

EN	Catalogue number
BG	Каталожен номер
CZ	Katalogové číslo
DA	Katalognummer
ET	Kataloogi number
FR	Référence catalogue
DE	Bestellnummer
EL	Αριθμός καταλόγου
HU	Katalógusszám
IT	Numero di catalogo
LV	Kataloga numurs
LT	Katalogo numeris
PT	Número de catálogo
RO	Număr de catalog
SK	Katalógové číslo
ES	Número de catálogo
SV	Katalognummer



Manufacturer

EN	Manufacturer
BG	Производител
CZ	Výrobce
DA	Producent
ET	Tootja
FR	Fabricant
DE	Hersteller
EL	Κατασκευαστής
HU	Gyártó
IT	Produttore
LV	Ražotājs
LT	Gamintojas
PT	Fabricante
RO	Producător
SK	Výrobca
ES	Fabricante
SV	Tillverkare



Use by date

EN	Use by date
BG	Използване до дата
CZ	Spotřebuje do data
DA	Anvendes inden
ET	Kasutamise tähtaeg
FR	À utiliser avant
DE	Verfaltdatum
EL	Χρήση με βάση Ημερομηνία
HU	Felhasználási dátum
IT	Data di scadenza
LV	Izlietot līdz datumam
LT	Sunaudoti iki datos
PT	Data de validade
RO	Utilizate până la data
SK	Spotřebuje podľa dátumu
ES	Fecha de caducidad
SV	Använd före

Rx Only

EN	CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
BG	ВНИМАНИЕ: Федералният закон (САЩ) ограничава това устройство за продажба от или по поръчка на лекар.
CZ	POZOR: Federální zákony (USA) omezuji prodej tohoto zařízení pouze na lékařské nebo na jeho objednávku.
DA	FORSIGTIG: Ifølge amerikansk lovgivning må denne anordning kun sælges af eller på foranledning af en læge.
ET	ETTEVAATUST. Federaalseadus (USA) lubab seda seadet müüa arsti poolt või arsti korraldusel.
FR	ATTENTION : la loi fédérale américaine stipule que la vente de ce dispositif est réservée aux médecins ou sur prescription médicale.
DE	VORSICHT: US-Bundesgesetz beschränkt den Verkauf dieses Produkts an einen Arzt oder auf dessen Anordnung.
EL	ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ομοσπονδιακός νόμος (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή κατόπιν εντολής ιατρού.
HU	FIGYELMEZTETÉS: A szövetségi (USA) törvények értelmében ezt az eszközt csak orvosok értékesíthetik, vagy csak orvos rendelheti el.
IT	ATTENZIONE: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo a medici o su prescrizione medica.
LV	UZMANĪBU! Federālā (ASV) tiesību akta nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārsti vai pēc ārsta norādījuma.
LT	ĮSPĖJIMAS: pagal federalinius (JAV) įstatymus ši prietaisą gali parduoti tik gydytojas arba jo nurodymu.
PT	CUIDADO: o direito federal dos E.U.A. restringe a venda deste dispositivo por ou em nome de um médico.
RO	ATENȚIE: Legea federală (SUA) limitează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la ordinul unui medic.
SK	UPOZORNENIE: Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tohto zariadenia na lekára alebo na jeho príkaz.
ES	PRECAUCIÓN: las leyes federales de los Estados Unidos solo permiten la venta de este dispositivo por parte un médico o por prescripción facultativa.
SV	FÖRSIKTIGHET: Enligt federal lag (USA) får den här produkten endast säljas av eller på ordination av läkare.



Exclamation mark

EN	Irritants / Sensitizers / Other Hazards
BG	Дразнещи / Сенситизатори / Други опасности
CZ	Dráždivé látky / senzibilizátory / jiná nebezpečí
DA	Lokalirriterende stoffer / Sensibilisatorer / Andre farer
ET	Ärritajad / Sensibilisatorid / Muud ohud
FR	Irritants / Sensibilisants / Autres dangers
DE	Reizstoffe / Sensibilisatoren / Sonstige Gefahren
EL	Ερεθιστικά / Ευαισθητοποιητές / Άλλοι Κινδύνοι
HU	Irritáló anyagok / Szenzibilizáló szerek / Egyéb veszélyek
IT	Irritanti/Sensibilizzanti/Altri pericoli
LV	Kairinoši / Sensibilizatori / Citi apdraudējumi
LT	Dirginančios medžiagos / Jautrinančios medžiagos / Kiti pavojai
PT	Irritantes / sensibilizantes / outros perigos
RO	Iritanți / Sensibilizatori / Alte pericole
SK	Dráždivé látky / senzibilizátory / iné riziká
ES	Irritantes / Sensibilizadores / Otros peligros
SV	Irriterande ämnen / Sensibiliseringsmedel / Andra faror



Corrosion

EN	Corrosive
BG	Корозивен
CZ	Korozivní
DA	Ætsende
ET	Söövitav
FR	Corrosive
DE	Ätzend
EL	Διοβρωτικός
HU	Maró hatású
IT	Corrosiva
LV	Kodīgs
LT	Korozinis
PT	Corrosiva
RO	Coroziv
SK	Žieravý
ES	Corrosiva
SV	Frätande

EN **Indications:**
Vista Porcelain Etch kit is to be used any time resin bonding to porcelain is required. Porcelain Etch is used for the preparation of porcelain crowns, veneers or inlays prior to cementation. It is also used in preparing fractured porcelain and porcelain-to-metal crown bonding.

Instructions for use:

1. Isolate area to be etched with rubber dam.
2. Remove porcelain syringe and Spira-Flo™ Brush tips from their packaging.
3. Remove syringe cap and attach tip securely to syringe.
4. If preparing fractured porcelain for bonding, first smooth off the surface of the porcelain being etched with a medium grit bur, removing the glazed surface. Rinse away all particles with water and dry prepared porcelain with moisture/oil-free dry air.
5. Apply Vista Porcelain Etch with brush tip to the prepared porcelain surface.
6. Let stand for 60 seconds, then rinse with water and dry surface (completely removing etchant).
7. Etched porcelain should appear frosty white. If not, repeat steps 5 and 6.
8. Apply Best-Etch to remove salts and debris (5 seconds), rinse and dry.
9. Remove Silane syringe and Spira-Flo™ Brush tip from packaging.
10. Remove syringe cap and attach tip securely to syringe.
11. Brush Vista Silane onto etched porcelain surface and let dry completely. If needed, dry with moisture/oil-free air.
12. Place bonding resin according to manufacturer's instructions.



DANGER

May cause eye, respiratory and skin irritation. Harmful if swallowed. Wear gloves/eye protection. May be disposed of in landfill or incinerator in accordance with local, state and federal regulations. **FIRST AID: IF IN EYES:** Flush with large quantities of water for fifteen (15) minutes. Consult a physician. **IF ON SKIN:** Wash with soap and water. **IF SWALLOWED:** Drink two glasses of milk or water. Seek medical attention if a substantial amount has been ingested. Do not induce vomiting. Do not induce vomiting.



BG **Показания:**
Комплектът Vista Porcelain Etch трябва да се използва всеки път, когато се изисква залепване на смола към порцелан. Порцелановият ец се използва за приготвяне на порцеланови корони, фасети или инкрустации преди циментиране. Също се използва при приготвянето на счупен порцелан и свързване на короната от порцелан към метал.

Инструкции за употреба:

1. Изолирайте зоната, която трябва да се ецва с гумен сплюноотделител.
2. Извадете порцелановата спринцовка и върховете на четката Spira-Flo™ от опаковката им.
3. Отстранете капачката на спринцовката и прикрепете здраво накрайника към спринцовката.
4. Ако подготвяте счупен порцелан за залепване, първо изгладете повърхността на порцелана, който трябва да се ецва със средно големи пещъчинки, премахвайки остъклената повърхност. Изплакнете всички частици с вода и подсушете приготвения порцелан със сух въздух без влага/масло.
5. Нанесете Vista Porcelain Etch с върха на четката върху подготвената порцеланова повърхност.
6. Оставете да престои в продължение на 60 секунди, след което изплакнете с вода и изсушете повърхността (като изцяло отстраните офорта).
7. Гравираният порцелан трябва да изглежда мразовито бял. Ако не, повторете стъпки 5 и 6.
8. Нанесете Best-Etch за отстраняване на соли и остатъци (5 секунди), изплакнете и подсушете.
9. Извадете спринцовката Silane и върха на четката Spira-Flo™ от опаковката.
10. Отстранете капачката на спринцовката и прикрепете здраво върха на спринцовката.
11. Нанесете Vista Silane върху

гравирана порцеланова повърхност и оставете да изсъхне напълно. Ако е необходимо, изсушете със сух/ безмаслен въздух.

12. Поставете свързващата смола в съответствие с инструкциите на производителя.



ОПАСНОСТ

Може да причини дразнене на очите, дихателните пътища и кожата. Опасен при поглъщане. Носете защитни очила и ръкавици. Избягвайте ненужния контакт с кожата. Може да се изхвърля на депо или инсинератор в съответствие с местните, щатските и федерални разпоредби.



ПЪРВА ПОМОЩ: АКО Е НА КОЖАТА:

Измийте обилно със сапун и вода. **АКО**

ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплаквайте с големи количества вода в продължение на петнадесет (15) минути. Консултирайте се с лекар. **ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:** Изпийте две чаши вода или мляко. Потърсете медицинска помощ, ако е погълнато значително количество. Не предизвиквайте повръщане.

CZ

Indikace:

Leptací sada Vista Porcelain Etch se používá tam, kde je potřeba bondování pryskyřicí k porcelánu. Sada Porcelain Etch se používá k preparaci porcelánových korunek, fazet nebo inlay výplní před cementací. Používá se také při preparaci zlomeného porcelánu a při bondování porcelánu ke kovu.

Návod k použití:

1. Izolujte oblast, kterou si přejete nalepat, pomocí koferdamu.
2. Vyjměte porcelánovou stříkačku a štětečky Spira-Flo™ z obalu.
3. Sejměte víčko injekční stříkačky a hrot pevně nasadte na injekční stříkačku.
4. Pokud je nalomený porcelán preparován k bondování, nejprve povrch leptaného porcelánu vyhladte pomocí zubní frézy střední zrnitosti, čímž odstraníte lesklý povrch. Všechny částice opláchněte vodou a připravený porcelán osušte vlhkým vzduchem/suchým vzduchem bez oleje.
5. Na připravený porcelánový povrch naneste špičkou štětečku leptací prostředek Vista Porcelain Etch.
6. Nechte působit po dobu 60 sekund, poté opláchněte vodou a povrch osušte (leptací prostředek zcela odstraňte).
7. Leptaný porcelán by měl mít ledově bílou barvu. Pokud tomu tak není, opakujte kroky 5 a 6.
8. Pro odstranění solí a nečistot aplikujte přípravek Best-Etch (5 sekund), opláchněte a osušte.
9. Vyjměte stříkačku Silane a štěteček Spira-Flo™ z obalu.
10. Sejměte víčko injekční stříkačky a hrot pevně nasadte na injekční stříkačku.
11. Štětečkem vetřete přípravek Vista Silane na leptaný porcelánový povrch a nechte zcela zaschnout. V případě potřeby osušte vlhkým vzduchem / vzduchem bez oleje.
12. Aplikujte bondovací pryskyřici podle pokynů výrobce.

**NEBEZPEČÍ**

Může způsobit podráždění očí, dýchacích cest a kůže. Při požití je zdraví škodlivý. Používejte ochranné rukavice / ochranu očí. Lze likvidovat na skládce v souladu s místními, státními a federálními předpisy. **PRVNÍ POMOC:**



PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Oplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Vyhledejte lékaře. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte mýdlem a vodou. **PŘI POŽITÍ:** Vypijte dvě sklenice vody nebo mléka. V případě požití většího množství přípravku vyhledejte lékařskou pomoc. Nevývolávejte zvracení.

**Indikationer:**

Vista Porcelæn-ætsnings sæt skal bruges når som helst resinbonding til porcelæn er påkrævet. Porcelæn-ætsning bruges til fremstilling af porcelænskroner, finér eller indlæg inden cementering. Det bruges også til klargøring af knækket porcelæn og kronebonding af porcelæn til metal.

Indikationer:

1. Isolér området, der skal ætsets med gummidæmning.
2. Fjern porcelænsprøjten og Spira-Flo™-børstespidser fra emballagen.
3. Fjern sprøjtehætten, og fastgør tippen sikkert til sprøjten.
4. Hvis knække porcelæn klargøres til bonding så glat overfladen hvor porcelænet ætsets med et bur med mellemstor kornstørrelse, der fjerner den glaserede overflade. Skyl alle partikler væk med vand og tør klargjort porcelæn med fugt-/oliefri tør luft.
5. Påfør Vista Porcelæn-ætsning med børstespid på den klargjorte porcelæsoverflade.
6. Lad stå i 60 sekunder, skyl derefter med vand og tør overflade (fjern ætsemiddel helt).
7. Ætset porcelæn skal se frosthvidt ud. Hvis ikke, gentag trin 5 og 6.
8. Påfør Best-Etch for at fjerne salte og snavs (5 sekunder), skyl og tør.
9. Fjern Silane-sprøjten og Spira-Flo™ børstespiden fra emballagen.
10. Fjern sprøjtehætten, og fastgør tippen sikkert til sprøjten.
11. Børst Vista Silane på ætset porcelænoverflade og lad det tørre helt. Tør om nødvendigt med fugt-/oliefri luft.
12. Anbring bondingresin i henhold til producentens anvisninger.

**FARE**

Kan forårsage øjen-, åndedræts- og hudirritation. Farlig ved indtagelse. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse. Kan bortskaftes **FØRSTEHJÆLP: HVIS I ØJNENE:** Skyl med



HVIS PÅ HUDEN: Vask med sæbe og vand. **HVIS INDTAGET:** Drik to glas mælk eller vand. Søg lægehjælp, hvis der er indtaget en betydelig mængde. Fremkald ikke opkastning.

**Näidustused:**

Vista portselanist söövitamise komplekti tuleb kasutada igakord kui on vaja vaigu sidumist portselaniga. Portselanist söövitust kasutatakse portselanist kroonide, spoonide või inkrusteeringute ettevalmistuseks enne tsementeerimist. Seda kasutatakse ka purustatud portselani ja portselani-metalli krooni sidumise ettevalmistamiseks.

Kasutamise juhised:

1. Eraldage söövitatav ala kummist tammiga.
2. Eemaldage pakenditest portselanist süstal ja Spira-Flo™ harjaotsikud.
3. Eemaldage süstla kork ja kinnitage ots kindlalt süstlale.
4. Kui valmistate sidumiseks ette purustatud portselani, siluge söövitatav portselani pind esmalt teravikuga üle, eemaldades glasuuritud pind.
5. Kandke harjaotsaga Vista portselani söövitust ettevalmistatud portselanipinnale.
6. Laske seista 60 sekundit, seejärel loputage veega ja kuivatage pind ära (eemaldades söövitust täielikult).
7. Söövitatud portselan peaks paistma jäävalgena. Kui ei, korrake samme 5 ja 6.
8. Kandke peale Best-Etch, et eemaldada soolad ja praht (5 sekundit), loputage ja kuivatage.
9. Eemaldage pakendist Silane süstal ja Spira-Flo™ harjaotsik.
10. Eemaldage süstla kork ja kinnitage ots kindlalt süstlale.
11. Pintseldage Vista Silane söövitatud portselanipinnale ja laske täielikult kuivada. Vajadusel kuivatage niiskuse/õlivaba õhuga.
12. Kandke sidumisvaik peale vastavalt tootja juhiste.

**OHT**

Võib põhjustada silmade, hingamisteede ja naha ärritust. Allaneelamisel kahjulik. Kandke kindaid/ silmade kaitset. Võib kõrvaldada prügilasse või põletusseadmesse vastavalt kohalikele, osariigi ja föderaalseadustele **ESMAABI:** Silma sattumisel loputage suur hulga veega viisteist (15) minutit.



NAHA PEALE SATTUDES: peske vee ja seebiga. **ALLA NEELATES:** Jooge kaks klaasi vett või piima. Pöörduge arsti poole, kui allaneelatud on suurem kogus. Ärge kutsuge esile oksendamist.

FR**Indications:**

Le kit Vista de gravure sur porcelaine doit être utilisé chaque fois qu'un collage de résine sur de la porcelaine est requis. Il s'utilise pour la préparation de couronnes, facettes ou incrustations en porcelaine avant le scellement, mais également dans la préparation de la porcelaine fracturée et le collage des couronnes porcelaine-métal.

Mode d'emploi:

1. Isolez la zone à graver avec une digue en caoutchouc.
2. Retirez la seringue en porcelaine et les embouts Spira-Flo™ Brush de leur emballage.
3. Retirez le capuchon de la seringue et fixez solidement l'embout à la seringue.
4. Si vous préparez une porcelaine fracturée pour le collage, lissez d'abord la surface de la porcelaine mordancée avec une fraise à grain moyen, en enlevant la surface glacée. Rincez toutes les particules avec de l'eau et séchez la porcelaine préparée avec de l'air sec sans humidité/huile.
5. Appliquez Vista gravure sur porcelaine avec la pointe du pinceau sur la surface en porcelaine préparée.
6. Laissez reposer pendant 60 secondes, puis rincez à l'eau et séchez la surface (en enlevant complètement l'agent de gravure).
7. La porcelaine gravée doit apparaître d'un blanc givré. Dans le cas contraire, refaites les étapes les étapes 5 et 6.
8. Appliquez Best-Etch pour éliminer les sels et les débris (5 secondes), puis rincez et séchez.
9. Retirez la seringue de silane et l'embout de la brosse Spira-Flo™ de l'emballage.
10. Retirez le capuchon de la seringue et fixez solidement l'embout à la seringue.
11. Badigeonnez Vista Silane sur une surface en porcelaine gravée et laissez sécher complètement. Si nécessaire, séchez avec de l'air sans humidité/huile.
12. Placez la résine de liaison selon les instructions du fabricant.

**DANGER**

Peut provoquer une irritation des yeux, des voies respiratoires et de la peau. Nocif en cas d'ingestion. Portez des gants/des lunettes de protection. Peut être éliminé dans un site d'enfouissement ou un échangeur conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales. **PREMIERS SECOURS :**
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincez à l'eau abondante pendant quinze (15) minutes. Consultez un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Lavez au savon et à l'eau.
EN CAS D'INGESTION : Buvez deux verres de lait ou d'eau. Consultez un médecin si une quantité substantielle a été ingérée. Ne pas essayer de le vomir.



DE**Anwendungsbereiche:**

Das Vista Porcelain Etch Kit sollte verwendet werden, wenn eine Verbindung von Kunststoff mit Porzellan erforderlich ist. Porcelain Etch wird für die Vorbereitung von Keramikkrone, Veneers oder Inlays vor der Zementierung verwendet. Porcelain Etch wird für die Vorbereitung von Keramikkrone, Veneers oder Inlays vor der Zementierung verwendet. Es wird auch bei der Präparation von frakturierter Keramik und beim Bonding von Keramik mit Metallkrone eingesetzt.

Gebrauchsanweisung:

1. Der zu ätzende Bereich sollte mit Kofferdam isoliert werden.
2. Die Keramik-Spritze und die Spira-Flo™ Spitzen aus der Verpackung entnehmen.
3. Die Spritzenkappe entfernen und die Spitze sorgfältig an der Spritze befestigen.
4. Wenn Sie frakturierte Keramik für die Verklebung vorbereiten, glätten Sie zunächst die Oberfläche der zu ätzenden Keramik mit einer Fräse mittlerer Körnung, um die polierte Oberfläche zu entfernen. Spülen Sie alle Partikel mit Wasser ab und trocknen Sie die vorbereitete Keramik mit feuchter/ölfreier Trockenluft.
5. Tragen Sie Vista Porcelain Etch mit der Pinselspitze auf die vorbereitete Keramikoberfläche auf.
6. 60 Sekunden einwirken lassen, dann mit Wasser abspülen und die Oberfläche trocknen (Ätzmittel vollständig entfernen).
7. Die geätzte Keramik Porzellan sollte frostig weiß aussehen. Wenn das nicht der Fall ist, die Schritte 5 und 6 wiederholen.
8. Best-Etch auftragen, um Salze und Ablagerungen zu entfernen (5 Sekunden), abzuspülen und zu trocknen.
9. Die Silan-Spritze und die Spira-Flo™ Brush-Spitze aus der Verpackung entnehmen.
10. Die Spritzenkappe entfernen und die Spitze sorgfältig an der Spritze befestigen.

11. Vista Silane auf die geätzte Keramikoberfläche auftragen und vollständig trocknen lassen. Bei Bedarf mit feuchter/ölfreier Luft trocknen.
12. Das Bondingharz gemäß den Anweisungen des Herstellers auftragen.

**GEFAHR**

Kann Reizungen der Augen, Atemwege und Haut verursachen. Bei Verschlucken gesundheitsschädlich. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Kann auf einer Deponie oder in einer Verbrennungsanlage in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften entsorgt werden. **ERSTE HILFE: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Mit reichlich Wasser fünfzehn (15) Minuten lang auswaschen.

BEI HAUTKONTAKT: Mit viel Wasser und Seife abwaschen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Zwei Gläser Wasser oder Milch trinken. Einen Arzt aufsuchen, wenn eine größere Menge verschluckt wurde. Kein Erbrechen auslösen.



ΕΛ Ενδείξεις:

Το kit Vista Porcelain Etch πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά που είναι απαραίτητη οποιαδήποτε συγκόλληση ρητίνης με πορσελάνη. Το Porcelain Etch χρησιμοποιείται για την παρασκευή του θηκών πορσελάνης, Φύλλων επικάλυψης ή ένθετων πριν από την πριν από την εφαρμογή συνδετικής κονίας. Χρησιμοποιείται επίσης στην προετοιμασία σπασμένης πορσελάνης και συγκόλληση θήκης πορσελάνης σε-μέταλλο.

Οδηγίες χρήσης:

1. Απομονώστε περιοχή που πρόκειται να αδροποιηθεί με ελαστικό φράγμα.
2. Αφαιρέστε την σύριγγα πορσελάνης και τα άκρα του πινέλου Spira-Flo™ Brush από τη συσκευασία τους.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της σύριγγας και προσαρμόστε το άκρο στη σύριγγα με
4. Εάν προετοιμάζετε σπασμένη πορσελάνη για συγκόλληση, θα πρέπει πρώτα να αδροποιήσετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας τροχίσκο μεσαίου μεγέθους, αφαιρώντας τη γυαλιστερή επιφάνεια. Ξεπλύνετε όλα τα σωματίδια με νερό και στεγνώστε την παρασκευασμένη πορσελάνη με αέρα χωρίς υγρασία / λάδι.
5. Εφαρμόστε το Vista Porcelain Etch με το άκρο του πινέλου στην προετοιμασμένη επιφάνεια πορσελάνης.
6. Αφήστε να μείνει για 60 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε την επιφάνεια (αφαιρώντας εντελώς τον αδροποιητή).
7. Η αδροποιημένη πορσελάνη θα πρέπει να έχει χρώμα λευκό του πάγου. Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6.
8. Εφαρμόστε το Best-Etch για να απομακρυνθούν τα άλατα και τα υπολείμματα (5 δευτερόλεπτα), ξεπλύνετε και στεγνώστε.
9. Αφαιρέστε την σύριγγα σιλανίου και το άκρο του πινέλου Spira-Flo™ Brush από τη συσκευασία τους.
10. Αφαιρέστε το κάλυμμα της σύριγγας και προσαρμόστε με ασφάλεια το άκρο στη σύριγγα .

11. Περάστε με το πινέλο το σιλάνιο Vista πάνω στην αδροποιημένη επιφάνεια πορσελάνης και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς. Εάν χρειάζεται, στεγνώστε με με αέρα χωρίς υγρασία / λάδι.
12. Τοποθετήστε τις όψεις ρητίνης σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών, του αναπνευστικού και του δέρματος. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.



Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά Μπορούν να απορριφθεί σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή καύσης σύμφωνα με τους τοπικούς, εθνικούς ή ομοσπονδιακούς κανονισμούς. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για δεκαπέντε (15) λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Πιείτε δύο ποτήρια γάλα ή νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν έχετε καταπεί σημαντική ποσότητα. Μην προκαλέσετε εμετό.

HU**Javaslatok:**

A Vista Porcelain Etch Kit (porcelánsavazó készlet) minden olyan esetben használható, amikor porcelánhoz kell gyantát ragasztani. A porcelánsavazó porcelán koronák, foghéjak vagy inlay-ek előkészítésére szolgál a cementálás előtt. Törött porcelán és a porcelán-fém korona ragasztás előkészítéséhez is használják.

Használati útmutató:

1. Szigetelje el a savazandó területet gumigáttal.
2. Vegye ki a porcelán fecskendőt és a Spira-Flo™ Brush csúcsokat a csomagolásból.
3. Távolítsa el a fecskendő sapkáját, és rögzítse a csúcsot biztonságosan a fecskendőhöz.
4. Ha törött porcelánt készít elő a ragasztáshoz, először közepes szemcseméretű csiszolóval simítsa le a savazandó porcelán felületét, eltávolítva a mázas felületet. Öblítsen le minden részecskét vízzel, és az előkészített porcelánt nedvesség/olajmentes száráz levegővel szárítsa meg.
5. Vigye fel a Vista Porcelain Etch-et ecsettel az előkészített porcelánfelületre.
6. Hagyja állni 60 másodpercig, majd öblítse le vízzel és szárítsa meg a felületet (teljesen eltávolítva a savazószert).
7. A savazott porcelánnak fagyos fehérnek kell tünnie. Ha nem ilyen, ismétlje meg az 5. és 6. lépést.
8. Alkalmazza a Best-Etch-et a sók és törmelékek eltávolítására (5 másodperc), öblítse le és szárítsa meg.
9. Vegye ki a Silane fecskendőt és a Spira-Flo™ Brush csúcsot a csomagolásból.
10. Távolítsa el a fecskendő sapkáját, és rögzítse a csúcsot biztonságosan a fecskendőhöz.
11. Ecsetelje a Vista Silane-t a savazott porcelánfelületre, és hagyja teljesen megszáradni. Szükség esetén nedvesség/olajmentes levegővel szárítsa meg.
12. Hordja fel a ragasztógyantát a gyártó utasításai szerint.

**VESZÉLY**

Szem-, légúti és bőrirritációt okozhat. Lenyelés esetén veszélyes. Viseljen védőkesztyűt/ védőszemüveget. A helyi, állami és szövetségi előírásoknak megfelelően hulladéklerakóban vagy hulladékégetőben ártalmatlanítható.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítse bő vízzel tizenöt (15) percig. Konzultáljon orvossal. **HA BŐRRE KERÜL:** Mossa le szappanos vízzel. **LENYELÉS ESETÉN:** Igyon két pohár tejet vagy vizet. Jelentős mennyiség lenyelése esetén forduljon orvoshoz. Ne próbáljon hányni.

IT**Indicazioni:**

Il kit Porcelain Etch di Vista è indicato all'uso ogni volta che si rende necessaria l'adesione di resina a porcellana. Il Porcelain Etch serve nella preparazione di corone, veneer o inlay di porcellana prima della cementazione. Viene usato anche per riparare porcellana fratturata e far aderire porcellana a metallo.

Indicazioni per l'uso:

1. Isolare l'area da mordenzare con una diga dentale di gomma.
2. Estrarre la siringa per porcellana e i puntali a spazzola Spira-Flo™ dalla confezione.
3. Rimuovere il cappuccio e fissare il puntale alla siringa.
4. Se si effettua la preparazione per il bonding di porcellana fratturata, levigare prima la superficie della porcellana da mordenzare con una fresa a grana media, rimuovendo la superficie vetrificata. Sciacquare via tutte le particelle con acqua e asciugare la porcellana preparata con getto d'aria asciutta priva di acqua/olio.
5. Applicare Vista Porcelain Etch con un puntale spazzola sulla superficie di porcellana preparata.
6. Lasciar riposare per 60 secondi, quindi risciacquare con acqua e asciugare la superficie (rimuovendo completamente il mordenzante).
7. La porcellana mordenzata dovrebbe apparire bianco brina. In caso contrario, ripetere i passi 5 e 6.
8. Applicare Best-Etch per rimuovere sali e scorie (5 secondi), risciacquare ed asciugare.
9. Estrarre la siringa per silano e il puntale a spazzola Spira-Flo™ dalla confezione.
10. Rimuovere il cappuccio e fissare il puntale alla siringa.
11. Spennellare Vista Silane sulla superficie di porcellana mordenzata e lasciare asciugare completamente. Se necessario, asciugare con aria priva di umidità/olio.
12. Applicare resina adesiva, secondo le istruzioni del produttore.

**PERICOLO**

Può causare irritazione oculare, respiratoria e cutanea. Nocivo se ingerito. Indossare guanti/protezione oculare. Può essere smaltito in discarica o inceneritore secondo le norme locali, regionali o statali.

**MISURE DI PRONTO SOCCORSO: IN CASO**

DI CONTATTO OCULARE: Sciacquare con abbondante acqua per quindici minuti (15).

Rivolgersi a un medico. **IN CASO DI CONTATTO**

CUTANEO: Lavare con acqua e sapone. **IN CASO DI INGESTIONE:** Bere due bicchieri di latte o acqua. Se è stata ingerita una quantità significativa, richiedere l'intervento del medico. Non provocare il vomito.

LV**Indikācijas:**

Porcelāna kodināšanas komplektu Vista Porcelain Etch lieto gadījumos, kad nepieciešama sveķu saistīšana ar porcelānu. Porcelāna kodinātāju izmanto porcelāna kroņu, venīru vai inleju sagatavošanai pirms cementēšanas. To izmanto arī lūzuša porcelāna un porcelāna-metāla kroņu saistīšanai.

Lietošanas norādījumi

1. Ar gumijas koferdamu izolējiet kodināmo zonu.
2. Izņemiet no iesaiņojuma porcelāna šļirci un Spira-Flo™ birstīšu uzgaļus.
3. Noņemiet šļirces vāciņu un stingri piestipriniet uzgali uz šļirces.
4. Ja sagatavojat saistīšanai lūzušu porcelāna virsmu, vispirms nolīdziniet kodināmā porcelāna virsmu ar vidēja smalkuma vīli, ņemot glazēto virsmu. Ar ūdeni noskalojiet visas daļiņas un nosusiniet sagatavoto porcelānu ar sausu gaisu, kurā nav mitruma un eļļu.
5. Ar birstītes uzgali uzklājiet Vista Porcelain Etch uz sagatavotās porcelāna virsmas.
6. Atstājiet to uz 60 sekundēm, pēc tam noskalojiet ar ūdeni un nosusiniet virsmu (pilnībā ņemot kodinātāju).
7. Kodinātam porcelānam jāizskatās sniegbaltam. Ja tā nav, atkārtojiet 5. un 6. darbību.
8. Uzklājiet Best-Etch, lai noņemtu sāļus un netīrumus (uz 5 sekundēm), noskalojiet un nosusiniet.
9. Izņemiet no iesaiņojuma silāna šļirci un Spira-Flo™ birstīšu uzgali.
10. Noņemiet šļirces vāciņu un stingri piestipriniet uzgali uz šļirces.
11. Ar birstīti uzklājiet Vista silānu uz kodinātās porcelāna virsmas un ļaujiet tam pilnībā nožūt. Ja nepieciešams, nosusiniet ar gaisu, kurā nav mitruma un eļļu.
12. Uzlieciet sasaistes sveķus atbilstoši tā ražotāja norādījumiem.

**BĪSTAMI**

Var izraisīt acu, elpceļu un ādas kairinājumu. Kaitīgs norijot. Valkājiet aizsargbrilles un cimdus. Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar ādu. Driskst likvidēt atkritumu poligonā vai sadedzināšanas iekārtās saskaņā ar vietējiem, pavalsts un federālajiem noteikumiem.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI. JA NONĀK UZ ĀDAS: mazgājiet ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. **JA NONĀK ACĪS:** skalojiet ar lielu ūdens daudzumu piecpadsmit (15) minūtes. Konsultējieties ar ārstu. **JA NORĪTS:** izdzeriet divas glāzes ūdens vai piena. Ja norīts liels daudzums, vērsieties pēc medicīniskas palīdzības. Neizraisiet vemšanu.

LT

Indikacijos:

Vista Porcelain Etch rinkinys skirtas naudoti klijuojant dervą prie porceliano. Porceliano ėsdinimo rinkinys skirtas paruošti porceliano vainiką, laminates ar įdėklus prieš cementuojant. Jis taip pat naudojamas ruošiant įskilusį porcelianą ir pasiruošiant porceliano ir metalo vainiko klijavimui.

Naudojimo instrukcijos:

1. Izoliuokite plotą, kuris bus ėsdinamas, naudodami guminį koferdamą.
2. Išpakuokite porceliano švirkštą ir Spira-Flo™ šepetėlio tipo antgalį.
3. Nuimkite švirkšto dangtelį ir tvirtai pritvirtinkite antgalį prie švirkšto.
4. Jei klijavimui ruošiamas įskilęs porcelianas, pirma išlyginkite ėsdinamo porceliano paviršių naudodami vidutinio šiurkštumo gražtu, tokiu būdu pašalindami glotnųjį paviršių. Nuplaukite visas daleles vandeniu ir nusauskinkite paruoštą porcelianą sausu oru be drėgmės ir aliejaus.
5. Ant paruošto porceliano paviršiaus užtepkite „Vista Porcelain Etch“ naudodami šepetėlio tipo antgalį.
6. Palaukite 60 sekundžių, po to nuplaukite vandeniu ir nusauskinkite paviršių (visiškai pašalindami ėsdinimo medžiagą).
7. Ėsdintas porcelianas turi būti šaltai baltos spalvos. Jei ne, pakartokite 5 ir 6 žingsnius.
8. Užtepkite „Best-Etch“ druskoms ir nešvarumams pašalinti (5 sekundėms), nuplaukite ir nusauskinkite.
9. Išpakuokite „Silane“ švirkštą ir Spira-Flo™ šepetėlio tipo antgalį.
10. Nuimkite švirkšto dangtelį ir tvirtai pritvirtinkite antgalį prie švirkšto.
11. Šepetėliu užtepkite „Vista Silane“ ant ėsdinto porceliano paviršiaus ir palikite visiškai išdžiūti. Jei reikia, nusauskinkite oru be drėgmės ir aliejaus.
12. Uždėkite adheziinę dervą laikydamiesi gamintojo nurodymų.

**PAVOJUS**

Gali dirginti akis, kvėpavimo takus ir odą.

Kenksminga prarijus. Mūvėti pirštines / naudoti akių apsaugos priemones. Gali būti

šalinamas sąvartyne ar deginamas tam skirtuose įrenginiuose vadovaujantis vietiniais ir nacionaliniais reglamentais. **PIRMOSIOS**

PAGALBOS PRIEMONĖS: PATEKUS Į AKIS:

Plauti dideliu kiekiu vandens penkiolika (15) minučių. **PATEKUS ANT ODOS:** Nuplauti muilu

ir vandeniu. **PRARIJUS:** Išgerti dvi stiklines pieno ar vandens. Prarijus didelį kiekį, kreiptis į gydytoją. Neskatinti vėmimo.



PT**Indicações:**

O kit condicionador para porcelana Vista deve ser utilizado sempre que for necessária a adesão de resina à porcelana. O condicionador de porcelana é utilizado para a preparação de coroas, facetas ou incrustações de porcelana antes da cimentação. É igualmente utilizado na preparação de porcelana fraturada e na colagem de coroas de porcelana a metal.

Instruções de utilização:

1. Isolar a área a condicionar com barreira bucal.
2. Retirar a seringa de porcelana e as pontas do pincel Spira-Flo™ da embalagem.
3. Remover a tampa da seringa e fixar firmemente a ponta à seringa
4. Em caso de preparação de porcelana fraturada para adesão, alisar a superfície da porcelana a ser condicionada com uma broca de grão médio, removendo a superfície vidrada. Enxaguar todas as partículas com água e secar a porcelana preparada com ar seco sem humidade/lubrificante.
5. Aplicar Vista Porcelain Etch com a ponta do pincel na superfície preparada da porcelana.
6. Deixar repousar durante 60 segundos, depois enxaguar com água e secar a superfície (removendo completamente o condicionador).
7. A porcelana condicionada deve estar totalmente branca. Caso contrário, repetir os passos 5 e 6.
8. Aplicar Best-Etch para remover sais e detritos (5 segundos), enxaguar e secar.
9. Retirar a seringa Silane e as pontas do pincel Spira-Flo™ da embalagem.
10. Remover a tampa da seringa e fixar firmemente a ponta à seringa.
11. Aplicar com pincel Vista Silane sobre a superfície de porcelana condicionada e deixar secar completamente. Se necessário, secar com ar sem humidade/lubrificante.
12. Aplicar a resina de colagem de acordo com as instruções do fabricante.

**PERIGO**

Pode causar irritação ocular, respiratória e cutânea. Nocivo por ingestão. Usar luvas/proteção ocular. Pode ser descartado em aterro ou incinerador, conforme a legislação local, estatal ou federal. **PRIMEIROS SOCORROS:**
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar com grandes quantidades de água durante quinze (15) minutos. Consultar um médico.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabonete. **SE INGERIDO:** Beber dois copos de leite ou de água. Se tiver sido ingerida uma quantidade substancial, consultar um médico. Não induzir o vômito.

RO**Indicații:**

Trusa Vista Porcelain Etch trebuie utilizată oricând este necesară lipirea rășinii pe porțelan. Gravarea porțelanului este utilizată pentru prepararea coroanelor de porțelan, a fațetelor sau a straturilor inferioare înainte de cimentare. De asemenea, este utilizată la pregătirea porțelanului fracturat și a lipirii coroanei de porțelan pe structură metalică.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Izolați zona care trebuie gravată cu barieră de cauciuc.
2. Scoateți seringă de porțelan și vârful cu perie Spira-Flo™ din ambalaj.
3. Scoateți capacul seringii și atașați bine vârful la seringă.
4. Dacă se pregătește porțelan fracturat pentru lipire, mai întâi neteziți suprafața porțelanului care urmează să fie gravat cu o freză cu granulație medie, îndepărtând suprafața lucioasă. Clătiți toate particulele cu apă și uscați porțelanul pregătit cu aer uscat fără umezeală/ulei.
5. Aplicați Vista Porcelain Etch cu vârful periei pe suprafața de porțelan pregătită.
6. Lăsați să se așeze timp de 60 de secunde, apoi clătiți cu apă și uscați suprafața (îndepărtați complet substanța de gravare).
7. Porțelanul gravat trebuie să pară alb de gheață. Dacă nu, repetați pașii 5 și 6.
8. Aplicați Best-Etch pentru a îndepărta sărurile și reziduurile (5 secunde), clătiți și uscați.
9. Scoateți seringă de silan și vârful cu perie Spira-Flo™ din ambalaj.
10. Scoateți capacul seringii și atașați bine vârful la seringă.
11. Aplicați Vista Silane cu peria pe suprafața porțelanului gravat și lăsați să se usuce complet. Dacă este necesar, uscați cu aer fără umezeală/ulei.
12. Amplasați rășina de lipire conform instrucțiunilor producătorului.

**PERICOL**

Poate provoca iritația ochilor, căilor respiratorii și pielii. Periculos dacă este înghițit. Purtați mănuși/ protecție pentru ochi. Poate fi aruncat la groapa de gunoi sau la un incinerator conform reglementărilor locale, statale și federale.

PRIMUL AJUTOR: ÎN CAZ DE CONTACT CU

OCHII: Spălați cu apă din abundență timp de cincisprezece (15) minute. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:** Spălați-vă cu apă și săpun.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Beți două pahare de lapte sau apă. Solicitați asistență medicală dacă a fost ingerată o cantitate substanțială. Nu induceți vomă.



SK**Údaje:**

Leptacia sada na porcelán Vista sa má použiť vždy keď je potrebné spojiť živicu s porcelánom. Leptanie porcelánu sa používa na prípravu porcelánových korúnok, faziet alebo výplní inlay pred cementáciou. Rovnako sa používa na prípravu zlomeného porcelánu a spájania korúnok porcelán-kov.

Návod na použitie:

1. Gumenou priehradkou izolujte oblasť, ktorá sa bude leptať.
2. Vyberte porcelánovú striekačku a hroty kefy Spira-Flo™ z obalu.
3. Zložte uzáver striekačky a pripevnite hrot bezpečne na striekačku.
4. Pri príprave zlomeného porcelánu na spájanie, najskôr vyhladte povrch porcelánu, ktorý sa bude leptať, frézou strednej zrnitosti, odstráňte glazovaný povrch. Všetky častice vypláchnite vodou a pripravený porcelán vysušte vzduchom neobsahujúcim vlhkosť ani olej.
5. Porcelánové leptadlo Vista aplikujte pomocou hrotu kefy na pripravený povrch porcelánu.
6. Nechajte postáť 60 sekúnd, potom vypláchnite vodou a povrch vysušte (leptadlo úplne odstráňte).
7. Leptaný porcelán bude mrazivo biely. Ak nie, zopakujte kroky 5 a 6.
8. Na odstránenie solí a úlomkov použite Best-Etch (5 sekúnd), vypláchnite a osušte.
9. Vyberte silánovú striekačku a hrot kefy Spira-Flo™ z obalu.
10. Zložte uzáver striekačky a pripevnite hrot bezpečne na striekačku.
11. Natrite silán Vista na leptaný povrch porcelánu a nechajte celkom vysušiť. Ak treba, vysušte vzduchom neobsahujúcim vlhkosť ani olej.
12. Spojovaciu živicu umiestnite podľa pokynov výrobcu.

**NEBEZPEČENSTVO**

Môže spôsobiť podráždenie očí, pokožky a dýchacích ciest. Škodlivé pri prehltnutí. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. Môže sa likvidovať na skládkach odpadkov alebo v spaľovacích pečiach v súlade s miestnymi, štátnymi a federálnymi predpismi. **PRVÁ POMOC:** **AK SA DOSTANE DO OČÍ:** Vyplachujte veľkým množstvom vody pätnásť (15) minút. Poradte sa s lekárom. **AK SA DOSTANE NA POKOŽKU:** Umyte mydlom a vodou. **AK SA PREHLTNE:** Vypite dva poháre mlieka alebo vody. Vyhladajte lekársku pomoc ak bolo prehltnuté väčšie množstvo. Nevyvolávajte zvracanie.



ES**Indicaciones:**

El kit para decapado de porcelana de Vista debe usarse siempre que se deba adherir resina a la porcelana. El decapado de porcelana se utiliza en la preparación de las coronas, carillas e incrustaciones de porcelana antes de la cementación. También se utiliza para preparar porcelana fracturada y adhesión de coronas de porcelana a metal.

Instrucciones de uso:

1. Aísle la zona a decapar con un dique de caucho.
2. Extraiga las puntas de la jeringa de porcelana y Spira-Flo™ de su empaque.
3. Quite la tapa de la jeringa y acople firmemente la punta en la jeringa.
4. Si prepara porcelana fracturada para la adhesión, primero alise la superficie de la porcelana a decapar con una fresa de grano medio para quitar la superficie esmaltada. Enjuague todas las partículas con agua para extraerlas y seque la porcelana preparada con aire seco sin humedad ni aceite.
5. Aplique el decapador de porcelana de Vista a la superficie de la porcelana preparada con una punta del pincel.
6. Deje actuar durante 60 segundos y, a continuación, enjuague con agua y seque la superficie (para eliminar completamente el decapador).
7. La apariencia de la porcelana decapada debería ser blanca escarchada. De lo contrario, repita los pasos 5 y 6.
8. Aplique Best Ech para eliminar las sales y residuos (5 segundos), enjuague y seque.
9. Extraiga la jeringa Silane y la punta de pincel Spira-Flo™ de su empaque.
10. Quite la tapa de la jeringa y acople firmemente la punta en la jeringa.
11. Pase Silane de Vista sobre la superficie de la porcelana decapada y deje secar completamente. Si fuera necesario, seque con aire sin humedad ni aceite.
12. Coloque la resina adhesiva según las instrucciones del fabricante.

**PELIGRO**

Puede producir irritación en los ojos, la piel y el sistema respiratorio. Perjudicial si se ingiere.



Use guantes y gafas de protección. Puede desecharse en vertedero o incinerador según las reglamentaciones locales, estatales y federales. **PRIMEROS AUXILIOS: EN LOS OJOS:** enjuague con abundante agua durante quince (15) minutos. Consulte al médico. **EN LA PIEL:** lave con abundante agua y jabón. **SI SE INGIERE:** beba dos vasos de leche o agua. Si se ha ingerido una cantidad importante, consulte al médico. No induzca el vómito.

SV**Indikationer:**

Vista Porcelain Etch-satsen ska användas när bonding av harts till porslin behövs. Porcelain Etch används för beredning av porslinskronor, fasader eller tandfyllningar före cementering. Det används också vid beredning av brustet porslin och bonding av porslin-till-metallkrona.

Bruksanvisningar:

1. Isolera området som ska etsas med kofferdammduk.
2. Ta ut porslins-sprutan och Spira-Flo™ penselspetsarna från förpackningen.
3. Ta av sprutlocket och fäst spetsen ordentligt på sprutan.
4. Vid beredning av brustet porslin för bonding, släta först ut porslinsytan som skall etsas med en medelstor sandbörst och ta bort den glaserade ytan. Skölj bort alla partiklar med vatten och torka av det preparerade porslinet med fukt-/oljefri torr luft.
5. Applicera Vista Porcelain Etch med en borstspets på den beredda porslinsytan.
6. Låt ligga kvar i 60 sekunder och skölj sedan med vatten och torka av ytan (ta bort etsningsgelen helt).
7. Etsat porslin ska se frostigt vitt ut. Om inte, upprepa steg 5 och 6.
8. Applicera Best-Etch för att avlägsna salter och spillror (i fem sekunder) samt skölj och torka.
9. Ta ut Silan-sprutan och Spira-Flo™ borstspetsen från förpackningen.
10. Ta av sprutlocket och fäst spetsen ordentligt på sprutan.
11. Pensla Vista Silane på den etsade porslinsytan och låt torka helt. Torka vid behov med fukt-/oljefri luft.
12. Lägg in bondingharts enligt tillverkarens anvisningar.

**FAROSYMBOL**

Kan orsaka ögon-, andnings- och hudirritation. Skadligt vid förtätning. Använd handskar och ögonskydd. Kan avyttras på soptipp eller förbränningsugn i enlighet med lokala, kommunala och statliga bestämmelser.

**FÖRSTA HJÄLPEN: VID KONTAKT MED**

ÖGONEN: Spola med rikliga mängder vatten i femton (15) minuter. Kontakta en läkare.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med tvål och vatten.

VID FÖRTÄRING: Drick två glas mjölk eller vatten. Uppsök läkare om en betydande mängd har intagits. Framkalla inte kräkningar.

